

自動体外式除細動器（A E D）の管理仕様書

1 設置場所

指定管理者は、出入口付近など人目につきやすい場所に県から貸与を受けた自動体外式除細動器（以下「A E D」という。）及び壁掛け収納ボックスを設置し、救命の用に供すること。

2 保守点検

指定管理者は、目視によりA E Dの日常点検を行うものとし、機器の異常を発見した場合は、早急に対応すること。

3 消耗品等の交換

指定管理者は、定期的にA E Dの部品等（本体バッテリー・電極パッド・収納ボックスの乾電池）の補充・交換を行うこと。

項目	交換・補充等の時期
バッテリー交換	寿命5～6年 使用頻度に応じて交換
電極パッド交換	2年ごとに交換 使用の都度交換
乾電池交換	必要の都度

4 使用報告

指定管理者は、A E Dを用いて救命活動が行われた際には、その都度、知事に報告すること。